



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» Узако

Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот № 12 Тележка медицинская для растворов

Тележка медицинская с выдвижными ящиками и стойкой для растворов

Наименование изделия

Техническое описание

Тележка медицинская универсальная

Габаритные размеры, обеспечивающие высокие транспортировочные характеристики, небольшие габариты обеспечивают возможность использовать изделие в ограниченном пространстве, в том числе в лифтах или коридорах. Ширина изделия (по боковым ручками столешницы или другим крайним точкам) не менее 745мм, глубина изделия (по основанию или другим крайним точкам) не менее 480 мм, высота изделия (по борту столешницы или другим крайним точкам) не менее 940мм. Изделие представляет собой подвижную конструкцию выдвижными ящиками, контейнерами для медицинских отходов и стойкой с крючками. Общее описание конструкции изделия и его комплектации: каркас изделия состоит из 4 вертикальных угловых стоек, которые изготовлены из стальной профильной трубы круглого сечения. Пластик обладает высокой прочностью, в то же время обладает минимальным весом, что облегчает использование изделия медицинским персоналом, пластик устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. К вертикальным стойкам закрепляется основание и столешница, которые выполняют функцию нижней и верхней полки. Неотъемлемая часть изделия для обеспечения жесткости конструкции, возможность размещения предметов различного размера для их перемещения. Столешница изделия изготовлены из ABS-пластика. Пластик обладает высокой прочностью, в то же время обладает минимальным весом, что облегчает использование изделия медицинским персоналом, пластик устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Высота от напольного покрытия до столешницы не менее 860мм. Удобство эксплуатации изделия медицинским персоналом с различными антропометрическими данными. Столешница оборудована интегрированными трёхсторонними бортами, исключая фронтальную сторону. Защита предметов от несанкционированного падения при транспортировке, борты выполняют функцию ручек для транспортировки. Высота бортов столешницы не мене 60мм. Основание изделия изготовлено из ABS-пластика. Пластик обладает высокой прочностью, в то же время обладает минимальным весом, что облегчает использование изделия медицинским персоналом, пластик устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Основание выполнено в форме поддона. Форма поддона с

углубление обеспечивает защиту предметов от падения в процессе транспортировки. Глубина основания не менее 40мм. Изделие оборудовано выдвижными ящиками. Возможность транспортировки мелких предметов. Размеры (полезные) ящиков: большая вместимость выдвижных ящиков обеспечивает возможность размещения увеличенного количества предметов, глубина обеспечивает защиту от выпадения в процессе транспортировки. Длина (в глубину) не менее 380мм, ширина не менее 430мм, глубина не менее 105 мм, количество выдвижных ящиков не менее 2мм. Выдвижные ящики изготовлены из ABS-пластика. Пластик обладает высокой прочностью, устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Выдвижные ящики установлены под столешницей изделия на телескопические направляющие полного выдвижения. Полный доступ к внутреннему пространству ящика. Изделие оборудовано большими съемными контейнерами с откидной крышкой. Возможность утилизации мусора или других отходов, собираемого в процессе обхода стационарных палат и прочих комнат. Количество больших контейнеров не менее 2штук. Высокая вместимость. Большие контейнеры крепятся к боковой планке, установленной на вертикальных стойках изделия. Удобство эксплуатации. Боковая планка для установки больших контейнеров обладает возможностью индивидуальной настройки высоты контейнеров для стойки с фиксацией в необходимом положении. Возможностью регулировки высоты контейнеров для удобства эксплуатации. Изделие оборудовано съемным большим контейнером-корзиной. Возможность размещения принадлежностей без использования дополнительного оборудования. Изделие оборудовано съемным малым контейнером-корзиной. Возможность размещения принадлежностей без оборудования съемным малым контейнером-корзиной. Контейнеры-корзины изготовлены из ABS-пластика. Пластик обладает высокой прочностью, устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Контейнеры-корзины крепятся к боковому торцу изделия. Удобство эксплуатации. Изделие оборудовано малыми съемными контейнерами с поворотной крышкой. Возможность хранения использования медицинского расходного материала. Количество малых контейнеров не менее 2шт. Возможность хранения медицинского расходного материала. Контейнеры изготовлены из ABS-пластика. Изделие оборудовано широкоформатной стойкой с крючками. Возможность размещения инфузионных пакетов или других подвесных принадлежностей. Стойка изготовлена из круглой трубы из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь – прочный материал, который устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Ширина стойки не менее 550мм. Возможность размещения инфузионных пакетов или других подвесных принадлежностей. Количество крючков стойки не менее 12штук. Стойка установлена в задние угловые втулки, расположенные в столешнице изделия. Возможность индивидуальной настройки высоты стойки для удобства эксплуатации. Стойка обладает возможностью регулировки высоты путем движения стойки в угловых втулках столешницы изделия. Стойка обладает возможностью фиксации в необходимом положении высоты при помощи винтовых зажимных механизмов барашкового типа. Изделие установлено на колесные опоры. Мобильность изделия. Количество колесных опор не менее 4штук. Устойчивая мобильная конструкция. Диаметр колесных опор не менее 100мм. Увеличенный диаметр колесных опор обеспечивает плавность хода.

	возможность преодоления высоких порогов между помещениями. Изделие должно обладать возможностью фиксации в неподвижном положении при помощи индивидуальных тормозных устройств на колесных опорах изделия. Возможность фиксации изделия в неподвижном положении. Количество колесных опор с индивидуальным тормозным устройством не менее 2штук. Доступ к тормозной системе со всех сторон изделия
Условия осуществления поставки медицинского изделия(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP
Срок поставки медицинского изделия и место дислокации	До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2
Гарантийный срок:	36 месяцев