

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 13 Бельевая тележка с полками

Наименование медицинского изделия	
Техническое описание	Бельевая тележка из нержавеющей стали с 3 полками и съемным контейнером Тележка медицинская универсальная Габаритные размеры изделия: Ширина изделия не менее 1000 мм, Глубина изделия не менее 500 мм, Высота изделия не менее 910 мм. Конструкция изделия представляет собой подвижную конструкцию с двумя функциональными зонами: правой функциональной зоны с полками, левой функциональной зоны с мешком для сбора и размещения чистого или грязного белья. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 и (или) 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. Конструкция изделия цельносварная. Для предотвращения образования труднодоступных полостей все открытые углы проварены, швы зашлифованы и заполированы. Каркас изделия состоит из двух П-образных боковых стоек со скругленными углами, двух вертикальных центральных стоек и укрепленными между ними функциональными элементами. П-образные боковые стойки каркаса изделия изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 25мм. П-образные боковые стойки каркаса изделия выступают над верхней полкой изделия, что образует ручки для перемещения изделия в помещении. Ширина ручек для перемещения не менее 500мм. Высота ручек для перемещения не менее 120мм. Две вертикальные центральные стойки изготовлены из профилированной стальной нержавеющей трубы сечением не менее 20х20мм. Изделие оборудовано правой функциональной зоной с

полками. Количество полок не менее 3 шт. Верхняя полка изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая выгнута специальным образом, что должно обеспечивать требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали верхней полки AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали верхней полки не менее 0,8 мм.

Размеры верхней полки

Ширина не менее 500 мм. Глубина не менее 500 мм. Высота от напольного покрытия до поверхности верхней полки не менее 790 мм. Верхняя полка оборудована бортами с трех сторон. Борты верхней полки изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12 мм. Борты верхней полки крепятся к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов верхней полки не менее 80 мм. Средняя полка изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая выгнута специальным образом, что обеспечивает требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали средней полки AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали средней полки не менее 0,8 мм.

Размеры средней полки

Ширина не менее 500 мм. Глубина не менее 500 мм. Высота от напольного покрытия до поверхности средней полки не менее 475 мм. Средняя полка оборудована бортами с трех сторон. Борты средней полки изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12 мм. Борты средней полки крепятся к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов средней полки не менее 80 мм. Нижняя полка изготовлена листогнутой нержавеющей стали, которая выгнута специальным образом, что обеспечивает требуемую жесткость и необходимую устойчивость. Марка нержавеющей стали нижней полки должна быть AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали нижней полки не менее 0,8 мм.

Размеры нижней полки

Ширина не менее 500 мм. Глубина не менее 500 мм. Высота от напольного покрытия до поверхности нижней полки не менее 160 мм. Нижняя полка оборудована бортами с трех сторон. Борты нижней полки изготовлены из стальной нержавеющей трубы, диаметром не менее 12 мм. Борты нижней полки крепятся к П-образным боковым стойкам методом сварки или эквивалентным способом. Высота бортов нижней полки не менее 80 мм. Левая

	функциональная зона представляет собой конструкцию из П-образной боковой стойки и двух вертикальных центральных стоек, расположенным внутри этой конструкции съемным мешком для сбора и размещения чистого или грязного белья. Каждая вертикальная грань-сторона левой функциональной зоны заполняется вертикальными стойками, которые должны обеспечивать форму для размещения в ней съемного мешка. Количество вертикальных стоек каждой стороны-грани не менее 2шт. Вертикальные стойки изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 12мм. Съемный мешок для сбора и размещения грязного или чистого белья изготовлен из прочной антистатической ткани. Крепление съемного мешка к каркасу изделия производится при помощи липучих лент. Внутренние полезные размеры съемного мешка Ширина не менее 450мм. Глубина не менее 450мм. Высота не менее 750мм. Изделие установлено на колесные опоры. Колесные опоры самоориентирующиеся с одинарным ободом и защитным кожухом. Защитный кожух колесных опор изготовлен из прочного ABS пластика. Диаметр колесных опор, не менее 75мм. Каждая колесная опора оснащена автономным тормозным устройством. Максимальная распределенная нагрузка на каждую полку изделия не менее 10кг. Максимальная суммарная распределенная нагрузка на изделие не менее 50кг. Вес изделия не менее 23кг. Требования к упаковке изделия Бумага оберточная по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязан шпагатом по ГОСТ 17308, либо упакован в картонную коробку.
Условия осуществления поставки медицинского изделия(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2
Срок поставки медицинского изделия и место дислокации	
Гарантийный срок:	36 месяцев