

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» Узако

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 14 Тележка медицинская универсальная

Наименование медицинского изделия Техническое описание товара	Тележка медицинская универсальная Тележка медицинская универсальная Габаритные размеры изделия: Ширина изделия не менее 1000 мм, Глубина изделия не менее 510 мм, Высота изделия не менее 900 мм. Конструкция изделия представляет собой подвижную конструкцию с одной функциональной зоной с мешком для сбора и размещения чистого или грязного белья. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 и (или) 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. Конструкция изделия цельносварная. Для предотвращения образования труднодоступных полостей все открытые углы проварены, швы зашлифованы и заполнены Каркас изделия состоит из двух П-образных боковых стоек со скругленными углами и заполнением между ними со всех четырех сторон вертикальными стойками и реечного дна, что образует платформу для установки внутри этой конструкции мешка для сбора и размещения грязного или чистого белья. П-образные боковые стойки каркаса изделия изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром, не менее 25мм. П-образные боковые стойки каркаса изделия соединяются между собой в верхней и нижней части горизонтальными стяжками, что образует нижнюю раму – дно изделия и верхнюю раму – крепления для съемного мешка. Соединительные горизонтальные стяжки каркаса изделия изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром, не менее 25мм. Заполнение нижней рамы – дна изделия представлять собой реечное полотно. Количество реек в
--	---

	полотне дна не менее 5 шт. Рейки дна изделия изготовлены из профилированной стальной нержавеющей трубы сечением, не менее 50х25мм. Расстояние между рейками дна изделия, не менее 115мм. Каждая вертикальная грань-сторона функциональной зоны изделия заполняется вертикальными стойками, которые обеспечивают форму для размещения в ней съемного мешка. Количество вертикальных стоек в каждой узкой грани-стороне не менее 2 шт. Количество вертикальных стоек в каждой широкой грани-стороне не менее 4 штук. Вертикальные стойки изготовлены из стальной нержавеющей трубы диаметром не менее 16мм. Изделие оборудован съемным мешком для сборки и размещения белья. Съемный мешок для сбора и размещения грязного или чистого белья изготовлен из прочной антистатической ткани. Крепление съемного мешка к каркасу изделия производится при помощи липучих лент. Внутренние полезные размеры съемного мешка Ширина не менее 940мм. Глубина не менее 440мм. Высота не менее 630мм. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колесные опоры самоориентирующиеся с одинарным ободом и защитным кожухом. Защитный кожух колесных опор изготовлен из прочного ABS пластика. Диаметр колесных опор не менее 75мм. Каждая колесная опора оснащена автономным тормозным устройством. Максимальная распределенная нагрузка на каждую полку изделия не менее 10кг. Максимальная суммарная распределенная нагрузка на изделие не менее 50кг. Вес изделия не менее 23кг. Требования к упаковке изделия Бумага оберточная по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязан шпагатом по ГОСТ 17308, либо упакован в картонную коробку.
Условия осуществления поставки медицинского изделия(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2
Срок поставки медицинского изделия и место дислокации	
Гарантийный срок:	36 месяцев