

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 15 Тележка внутрибольничной скорой помощи	Тележка внутрибольничной скорой помощи с цветовой кодировкой
Наименование медицинского изделия	Тележка медицинская универсальная
Техническое описание	Габаритные размеры изделия: Ширина изделия не менее 760 мм, Глубина изделия не менее 475 мм, Высота изделия не менее 975 мм. Материал - ABS-пластик на пластиковом каркасе Рукоятки для транспортировки с обеих торцов реанимационного столика Топ из объемноформованного ABS с выпрессованной 3-сторонней отбортовкой Выдвижная полка для центрального блока дефибриллятора Экранированная полочка для электродов дефибриллятора Два неглубоких ящика для фарм-препаратов Три больших ящика для инструментария и оборудования Центральный замок запирающий все ящики одним ключом Цветные шильды для быстрого и точного открывания Кардхолдеры для подписывания содержимого ящиков Складная инфузионная стойка на четыре ёмкости Панель для СЛР из ABS-пластика на задней стенке Держатель с застёжками Велкро для кислородного баллона Пилот на четыре розетки сзади под топом Корзина, мусорное ведро и контейнер для игл Самоориентирующиеся и бесшумные двойные ролики Тормоза фиксаторы на двух колёсах со стороны фасада

Условия осуществления поставки медицинского изделия (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) Срок поставки медицинского изделия и место дислокации Гарантийный срок :	DDP До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2 36 месяцев
---	---