

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карауская РБ» Узако
Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 17 Тележка для лекарств

Наименование медицинского изделия	Тележка для лекарств из нержавеющей стали
Техническое описание	Тележка медицинская универсальная Габаритные размеры: Ширина изделия не менее 900 мм, Глубина изделия не менее 550 мм, Высота изделия не менее 1660 мм Изделие представляет собой подвижную конструкцию с выдвижными ящиками и отделением с дверью. Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 и (или) 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. Конструкция изделия цельносварная. Для предотвращения образования труднодоступных полостей все открытые углы проварены, швы зашлифованы и заполированы. Конструкция изделия изготовлена из листогнутой нержавеющей стали, которая выгнута специальным образом, что должно обеспечивать требуемую жесткость и необходимую устойчивость Марка нержавеющей стали AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали не менее 1,2 мм. Изделие оборудовано ручкой для передвижения в помещении. Ручка для передвижения изделия крепится к основной конструкции изделия при помощи сварки. Изделие оборудовано столешницей. Столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали столешницы, не менее 1,2 мм. Столешница оборудована бортами с трех сторон. Высота бортов не менее 50 мм. Изделие делится на две функциональные зоны. Левая функциональная зона представляет собой выдвижные ящики. Количество выдвижных ящиков левой функциональной зоны не менее 4 штук. Выдвижные ящики равного размера. Выдвижные ящики изготовлены из нержавеющей стали марки AISI-304 или эквивалентной марки. Толщина листа нержавеющей стали выдвижных ящиков не менее 1,2 мм. Верхний выдвижной ящик закрывается ключевым замком. Количество ключей для запирания и открывания ящика не менее 1 штука. Выдвижные ящики установлены на телескопические направляющие полного выдвижения,

	которые должны обеспечивать полное и бесшумное движение ящиков, а так же их фиксацию в закрытом положении и блокировку от произвольного выдвигания. Ход движения каждого ящика не менее 340 мм. Фасады выдвижных ящиков оснащены металлическими ручками в форме скобы, которые должны обеспечивать легкость и удобство использования. Правая функциональная зона представляет собой закрываемое отделение с распашной дверью. Распашная дверь обладает возможностью запирания. Система запирания распашной двери ригельная. В двери устанавливается ручка, которая должна иметь в основании квадрат размером не менее 84x84 мм, поворотную ручку из литого алюминия с интегрированным цилиндрическим замком, связанным с ригельной системой запирания. Дверь запирается путем взаимодействия ригельной системы запирания и ключевого замка. Количество ключей для запирания и открывания двери не менее 2 штук. Изделие устанавливается на колесные опоры. Колесные опоры самоориентирующиеся с одинарным ободом и защитным кожухом. Защитный кожух колесных опор изготовлен из прочного ABS пластика. Диаметр колесных опор не менее 75 мм. Каждая колесная опора оснащена автономным тормозным устройством. Максимальная распределенная нагрузка на каждый выдвижной ящик не менее 10 кг. Максимальная суммарная распределенная нагрузка на изделие не менее 50 кг. Вес изделия не менее 43 кг. Требования к упаковке изделия: Бумага оберточная по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обязана шпагатом по ГОСТ 17308, либо упакован в картонную коробку. DDP
Условия осуществления поставки медицинского изделия(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карасукский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2
Срок поставки медицинского изделия и место дислокации	
Гарантийный срок:	36 месяцев