



Техническая спецификация

Лот № 1 Весы детские до полутора лет

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет. С предоставлением сертификата поверке в СИ не ранее сентября 2022 года, в подразделении государственной метрологической службы Республики Казахстан.		
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		1.	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	Весы предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет в родильных отделениях и детских отделениях больницы, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях. Весы позволяют: • определять вес; • сохранять в памяти весов результат последнего взвешивания; • выводить на табло индикации разность 1 шт.

			показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного; • производить выборку тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания; Весы имеют: • автоматическую установку нуля; • сигнализацию о перегрузке; • звуковое сопровождение при нажатии клавиш; • экономичный режим работы; • сигнализацию при разрядке аккумулятора; • легкосъемную платформу, что делает максимально простой процедуру ее дезинфекции; • автономное питание, что позволяет их использовать в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети; • возможность подзарядки аккумулятора. Наибольший предел взвешивания, кг 15 Цена поверочного деления (e) и дискретность индикации (dd), г 1/2/5, 2/5 или 5 Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г 20; 40; 100 Габаритные размеры весов не более, мм 400x560x140 Масса весов не более, кг 4,6 Средний срок службы, лет 8
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		DDP
4	Срок поставки медицинской техники и место дислокации		