

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КП «Карасуская РБ» УзаКо
Голубев В.В.



Техническая специфика

Лот № 2 Весы для новорожденных

№ п/п	Критерии	Описание	
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных. С предоставлением сертификата о поверке в СИ не ранее сентября 2022 года, в подразделении государственной метрологической службы Республики Казахстан.	Требуемо количес (с указани единицы измерени
2	Требования к комплектации	№ п/п Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) 1. Электронные детские весы с автономным питанием предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике Электронные детские весы обладают повышенной точностью взвешивания, они надежны, компактны и просты в эксплуатации. Высвечивание разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании); детские весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера); высокая точность измерений; яркая индикация, простота эксплуатации; 1 шт.

				выборка массы тары (например, пеленок); возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем). Наибольший предел взвешивания 15 кг Дискретность отсчета (в интервале взвешивания) 1 г (0,02-3,0 кг) 2 г (3,0-6,0 кг) 5 г (6,0-15,0 кг) Наибольший предел взвешивания 15 кг Дискретность отсчета (в интервале взвешивания) 5 г Наибольший предел выборки массы тары 5 кг Время работы в автономном режиме от аккумулятора до 94 часов Время установки показаний, не более 2 сек Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) 540 x 329 x 105 мм Габаритные размеры съёмной платформы 540 x 290 x 70 мм Масса весов, не более 5 кг	
3	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)			DDP	
4	Срок поставки медицинской техники и место дислокации			До 1 декабря 2022 года	Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, д. 2