

Протокол итогов
Закупа медицинского оборудования способом тендере

с.Карасу
28.04.2023г.

Тендерная комиссия в составе:

1. Голубев В.В. – главный врач, председатель тендерной комиссии;
2. Доцанова А.Е – член комиссии;
3. Прозоров Н.В. – член комиссии;

Секретарь комиссии: Кириченко О.А

Наименование медицинского оборудования:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Ед. изм	Количество	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТ ЕРМС 2010)	Срок поставки товаров	Место поставки товаров	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КГП «Карасуская РБ» УзаКо	Дефибриллятор	шт	2	DDP	В течении 90 календарных дней с момента подписания договора	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	2 298 000,00
2	КГП «Карасуская РБ» УзаКо	Ларингоскоп	шт	3	DDP	В течении 90 календарных дней с момента подписания договора	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	1 575 900,00
3	КГП «Карасуская РБ» УзаКо	Аспиратор хирургический	шт	1	DDP	В течении 90 календарных дней с	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область,	0	1 029 000,00

						момент а подписа ния договор а	Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанов а 2		
4	КГП «Карасу ская РБ» УзаКо	Аспиратор гинекологи ческий	шт	1	DDP	В течении 90 календа рных дней с момента подписа ния договор а	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанов а 2	0	1 078 000,00
5	КГП «Карасу ская РБ» УзаКо	Шкаф медицинск ий с выдвижным и ящиками	шт	15	DDP	Течени и 45 календа рных дней с момента подписа ния договор а	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанов а 2	0	15 825 000.00
6	КГП «Карасу ская РБ» УзаКо	Функционал ьная кровать педиатриче ская	шт	2	DDP	течении 45 календа рных дней с момента подписа ния договор а	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанов а 2	0	8 340 000.00
7	КГП «Карасу ская РБ» УзаКо	Шкаф медицинск ий металличес кий	шт	21	DDP	течении 45 календа рных дней с момента подписа ния договор	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанов	0	9 660 000.00

						а	а 2		
8	КГП «Карасуская РБ» УзаКо	Шкаф медицинский металлический дверцы на пружинах	шт	10	DDP	течении 45 календарных дней с момента подписания договора	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	7 600 000.00
9	КГП «Карасуская РБ» УзаКо	Установка анестезии (НДА)	шт	1	DDP	течении 90 календарных дней с момента подписания договора	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	19 950 000.00
		ИТОГО							67355900.00

Сумма закупа составляет: **67 355 900,00** (шестьдесят миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот) тенге 00 тиын

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «Диагаль»	РК, г.Астана, мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент,88.	12.04.2023 г в 15 ч 20 м
2	ТОО «ЮМК»Текна»	160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул.	19.04.2023 г в 12 ч 34 м
3	ТОО «Asterafarm»	160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул. К.Омешулы д.5 А.	19.04.2023 г в 12 ч 34 м
4	ТОО «ОрдаМед костанай»	110000, РК, Костанайская область, г. Костанай. Ул. Карбышева. Дом 2	19.04.2023. в 11 ч 00 м
5	ТОО «ОСТ-Фарм»	070003, г. Усть-Каменнагорск, ул. Астана, 16 А	19.04.2023 в 15 ч 20 м
6	ТОО «Qazaq infotech»	010000, г.Астана, Сарыаркинский район, ул. Жанаконыс 17.	24.04.2023 г в 09 ч 33м

Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из оценки критериев и сопоставления тендерных заявок.

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по запуску товара:

№ лота	Наименование товара	Цена за единицу, тенге	Потенциальный поставщик, представивший ценовое предложение						
			ТОО «Диагаль»	ТОО «ЮМК»Текна»	ТОО «Asterafarm»	ТОО «ОрдаМед	ТОО «ОСТ-Фарм»	ТОО «QAZAQ INFOTEC	

					»	Костанай»		»
1	Дефибриллятор	1 149 000,00	--	----	-----	1 149 000,00	-----	--
2	Ларингоскоп	525 300,00	--	----	-----	525 000,00	-----	---
3	Аспиратор хирургический	1 029 000,00	--	----	-----	1 029 000,00	882 960,00	---
4	Аспиратор гинекологический	1 078 000,00	---	----	-----	1 078 000,00	715 115,00	--
5	Шкаф медицинский с выдвижным и ящиками	1 055 000,00	---	1 053 000,00	1 055 000,00	----	-----	----
6	Функциональная кровать педиатрическая	4 170 000,00	--	4 170 000,00	4 168 000,00	-----	-----	---
7	Шкаф медицинский металлический	460 000,00	---	460 000,00	458 000,00	----	-----	----
8	Шкаф медицинский металлический дверцы на пружинах	760 000,00	---	758 000,00	760 000,00	-----	-----	---
9	Установка анестезии (НДА)	19 950 000,00	19 900 000,00	----	-----	-----	-----	18 000 000,00

Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации на основе представленной ими информации:

• По лоту №1 Дефибриллятор были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• По лоту №2 Ларингоскоп были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре

банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

По лоту №3 Аспиратор хирургический были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «ОрдаМед Костанай» предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ТОО «ОСТ-ФАРМ» предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Глава 9-1, параграф 4, ст 130-39 п 7 Правил: представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил.

1. В технической спецификации потенциального поставщика не прописано: «Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения».

2. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Габариты : 460x850x420 мм (ШxВxГ)», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Габариты : Ш не более 400 мм xВ не более 840 мм x Г не более 320 мм»

3. В технической спецификации потенциального поставщика не прописано: «Двигатель : однофазный 0,25 кВт», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Двигатель : однофазный 0,25 кВт»

4. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Уровень шума: не более 45 дБ», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Уровень шума не более 60 дБ»

По лоту №4 Аспиратор гинекологический были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ТОО «ОСТ-ФАРМ» предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и

ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Глава 9-1, параграф 4, ст 130-39 п 7 Правил: представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствующая требованиям тендерной документации и Правил.

1. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Класс безопасности : Класс 2 а – со средней степенью риска », тогда как в технической спецификации Заказчика указано: « Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска ».

2. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Поддерживает давление не менее 675 мм рт. ст. в течении длительной эксплуатации», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Поддерживает давление не менее 740 мм рт.ст в течении длительной эксплуатации »

3. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Габариты: 460x850x420 мм (ШxВxГ)», тогда как в технической спецификации Заказчика указано: « Габариты: не более 400 мм xВ не более 840 мм xД не более 320 мм»

4. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «Чаша для вакуум- экстракции плода. Большая чаша : диаметр: 7,0 см, длина 20,5 см. Малая чаша : диаметр :6,0 см. длина 20,5 см », тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Чаша для вакуум- экстракции плода: Большая чаша диаметр: не менее 7,4 см, длина не менее 20,5 см. Малая чаша: диаметр: не менее 6,6 см, длина не менее 20,5 см. »

5. В технической спецификации потенциального поставщика прописано: «защита от переполнения: гидрофобный фильтр », тогда как в технической спецификации Заказчика указано: «Защита от переполнения: Поплавковый клапан »

• По лоту №5 Шкаф медицинский с выдвижными ящиками были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО « ЮМК»Текна», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **ТОО «Asterafarm»**, предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

По лоту №6 Функциональная кровать педиатрическая были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:



• **ТОО «ЮМК»Текна»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **ТОО «Asterafarm»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **По лоту №7 Шкаф медицинский металлический** были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

• **ТОО «ЮМК»Текна»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **ТОО «Asterafarm»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **По лоту №8 Шкаф медицинский металлический дверцы на пружинах** были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

• **ТОО «ЮМК»Текна»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• **ТОО «Asterafarm»,** предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

По лоту № 9 Установка анестезии (НДА) были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

• ТОО «Диагаль», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

• ТОО «Qazaqinfotech», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

Тендерная комиссия РЕШИЛА:

По лоту №1 Дефибриллятор

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-41 Признать тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

На основании выше изложенного, заключить договор способом из одного источника с ТОО «ОрдаМед Костанай», адрес: 110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.

По лоту №2 Ларингоскоп

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-41 Признать тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

На основании выше изложенного, заключить договор способом из одного источника с ТОО «ОрдаМед Костанай», адрес: 110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.

По лоту №3 Аспиратор хирургический

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-41 Признать тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

На основании выше изложенного, заключить договор способом из одного источника с ТОО «ОрдаМед Костанай», адрес: 110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.

По лоту №4 Аспиратор гинекологический

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-41 Признать тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

На основании выше изложенного, заключить договор способом из одного источника с ТОО «ОрдаМед Костанай», адрес: 110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.

По лоту № 5 Шкаф медицинский с выдвижными ящиками



На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-43 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основании наименьшего ценового предложения.

На основании выше изложенного, признать победителем.

ТОО «ЮМК»Текна», адрес: 160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул. Омешулы д.5А

По лоту № 6 Функциональная кровать педиатрическая

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-43 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основании наименьшего ценового предложения.

На основании выше изложенного, признать победителем.

ТОО «Asterafarm», адрес: 160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул. Омешулы д.5А.

По лоту №7 Шкаф медицинский металлический

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-43 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основании наименьшего ценового предложения.

На основании выше изложенного, признать победителем.

ТОО «Asterafarm», адрес: 160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул. Омешулы д.5А.

По лоту №8 Шкаф медицинский металлический дверцы на пружинах

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-43 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основании наименьшего ценового предложения.

На основании выше изложенного, признать победителем.

ТОО «ЮМК»Текна», адрес: 160015, г. Шымкент, мкр. Катын копр, ул. Омешулы д.5А.

По лоту №9 Установка анестезии (НДА)

На основании главы 9-1 параграфа 4 пункта 130-43 Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основании наименьшего ценового предложения.

На основании выше изложенного, признать победителем.

ТОО «Qazaq infotech», адрес: 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Жакаконыс 17.

Опубликовать на сайте <http://karasu-crb.kz> информацию об итогах проведения тендера по закупке медицинской техники.

За данное решение проголосовали:

«За» - 3 голоса,

Воздержавшихся и проголосовавших против – 0.

Председатель комиссии: **Главный врач Голубев В.В.** _____

Члены комиссии:

1. Доцанова А.Е. _____

2. Прозоров Н.В. _____

Секретарь комиссии:

Кириченко О.А. _____

