

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» УзаКо



Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот № 5 Негатоскоп

Негатоскоп 2-х кадровый общего назначения 2-кадровый – медицинский прибор для быстрого просмотра 1-2 сухих рентгенограмм, оборудованный светодиодным источником освещения. Внутри корпуса установлены светодиодные линейки, которые обеспечивают высокую яркость свечения. Смотровой экран из прочного акрилового стекла молочно-белого цвета равномерно рассеивает свет. Рентгеновские снимки устанавливаются в специальные пазы – надежная фиксация обеспечивает удобный просмотр. Негатоскоп 2-кадровый можно поставить на стол или повесить на стену – в основании прибора предусмотрены устойчивые опоры, а на задней крышке есть отверстия для крепежей. Большой срок службы прибора обусловлен надежной и простой конструкцией.

Характеристики

Вес нетто (ед) не более 3 кг

Материал корпуса Алюминиевый сплав + пластик

Объем (ед) 0.8190000000000001 м

Габариты: не более 700*120*400

Срок поставки и место дислокации : DDP

В течении 40 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.