

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карауская РБ» УзаКо
Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 5 Дезинфицирующая камера

Критерии		Описание
№ п/п		
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 СЗМО
2	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)	Предназначена для дезинфекции одежды, обуви постельных принадлежностей и др. вещей.
3	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, другим требованиям к техническим характеристикам)	Сварная металлическая конструкция. Корпус камеры состоит из каркаса, обшитого с двух сторон листовой сталью. Рабочая камера и ее элементы, соприкасающиеся с парами формальдегида и аммиака: для камеры ВФЭ-2/0,9 СЗМО должны быть изготовлены из ст.3 ГОСТ 380. Методы дезинфекции - Паровоздушный и пароформалиновый. Дезинсекция книг по паровоздушному методу. Технические характеристики: Внутренний объем камеры, м² общий 1,89□0,2, загрузочный 1,3□0,1 Внутренние размеры камеры, мм: длина не более 1310□8 ширина не более 710□8 высота (общая) не более 1950±10 высота (от основания решетки до потолка) не более 1550±10 Габаритные размеры камеры, мм Длина (по корпусу) 2040±10 (1390±5)

	Ширина (по корпусу) 1030 □ 10 (790±5) Высота 2200 □ 10 Масса, кг не более 600 Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт. 8 Питание: род тока переменный 3-фазный напряжение 380 частота, Гц 50 Потребляемая мощность кВт не более 9 Время процедуры, мин до 240 Объем паропрообразователя, л 15 Материал изготовления поддона - Нержавеющая сталь.	1 шт
4 Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)	1 Камера в собранном виде с паропрообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, шитом управления 2 Испаритель формалина 3 Уплотнитель коллектора 4 Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиком уровня) 5 Воронка для залива формалина 6 Волосливной патрубок 1/2" 7 Вытяжной воздуховод с заслонкой 8 Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода 9 Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода 10 Ткань для влажного термодатчика (флажок) 11 Полка для книг 12 Плечики для одежды, СТП тс-67-1-76 13 Плечики для одежды, СТП тс-67-2-76 14 Электронагреватель для воздуха 15 Электронагреватель для воды 16 Вставка плавкая ВПТ-6-21 17 Пробырка	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 5 шт 5 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт
5 Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к эксплуатационным ресурсам: электрическим	Необходимо сухое помещение с естественным освещением, разделённое на два отделения – загрузочное (грязное) и разгрузочное (чистое). Примерные размеры помещения (Длина/Ширина/Высота), мм – 4000/1500/3000. Необходимо обеспечить подвод к камере магистрали холодной воды с установкой регулировочного вентиля подачи воды. Давление воды в магистрали должно быть не менее 3 кгс/см².	1 шт

	системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам)	Необходима электрическая сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Подвод кабеля выполнить в трубе или в металлорукаве в соответствии с требованиями ПУЭ. В помещении должен быть контур заземления. В помещении должна быть предусмотрена система принудительной вытяжной вентиляции производительностью не менее 260 м³/ч для одной камеры. Подключение камеры к вытяжной вентиляции выполнить воздуховодом диаметром D=100 мм с выводом из помещения на улицу.			
6	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения)	№ п/п	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
7	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)			ДДР:	
8	Срок поставки МТ и место дислокации			до 1 декабря 2022 года. Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карауский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.	
9	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц (указывается необходимость данного условия и срок, в течение которого гарантия будет действительна)			Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатации документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	

10	Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники (указывается необходимость данного условия)	Обучение персонала в момент осуществления пуско-наладочных работ. Дальнейшая информационная поддержка.
----	--	--

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;