

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасукская РБ» УзаКо

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 8 Прикроватная тумба

Наименование медицинского изделия	Металлическая прикроватная тумба антибактериальным покрытием.
Техническое описание	Тумба медицинская Габаритные размеры изделия: Ширина изделия не менее 455 мм, Глубина изделия не менее 405 мм, Высота изделия не менее 810 мм. Конструкция изделия состоит из тумбового элемента с выдвижным ящиком, открытой полкой-нишей и отделением с дверью. Корпус изделия с фронтальной стороны усиливается алюминиевым профилем. Боковые стенки и задняя стенка и фасад изделия изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, устойчивость к многократной дезинфекционной обработке. Столешница изделия изготовлена из HPL-пластика (является прочным материалом, выдерживающим высокую нагрузку на излом) толщиной, не менее 6 мм. Изделие в верхней части оборудовано выдвижным ящиком. ЛДСП обладает термостойкой кромкой ПВХ толщиной, не менее 2мм. Внутренние размеры выдвижного ящика: Ширина не менее 340 мм, Глубина не менее 265 мм, Высота не менее 90 мм. Выдвижной ящик устанавливается на роликовые направляющие. Фасад выдвижного ящика оборудован стальной ручкой. В центральной части тумбового отделения располагается открытая ниша, образованная несъемной полкой и стенками изделия. Полка центральной ниши изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Внутренние размеры открытой ниши: Ширина не менее 400 мм, Глубина не менее 355 мм, Высота не менее 185 мм. Изделие в нижней части оборудовано отделением для размещения вещей и принадлежностей пациента различных размеров, к которым необходим быстрый доступ. Внутренние размеры нижнего отделения: Ширина не менее 400 мм, Глубина не менее 380 мм, Высота не менее 325 мм. Нижнее отделение закрывается при помощи двери. Дверь нижнего отделения изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, Дверь устанавливается на петли с доводчиком, что обеспечивает плавное закрытие двери без лишнего громкого шума. Дверь оборудована стальной ручкой. Изделие установлено на два рядные колесные опоры, что дает возможность передвижения

	изделия в помещении без применения дополнительной физической силы. Диаметр колесных опор должен быть не менее 75 мм. Колесные опоры оборудованы автономным тормозным устройством, что дает возможность фиксации изделия в необходимом месте помещения. Количество колесных опор с автономным тормозным устройством не менее 2 штук. Цвет корпуса изделия выполнен в светлых тонах Цвет фасадов изделия «серый» или максимально близкий цветовой эквивалент.
Условия осуществления поставки медицинского изделия(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP
Срок поставки медицинского изделия и место дислокации	До 15 декабря 2022 года Адрес: РК, Костанайская область, Карауский район, с.Карасу, ул. Рамазанова, д.2
Гарантийный срок:	36 месяцев