

Протокол итогов по объявлению
Закупа медицинского оборудования способом тендера

с. Карасу

28.07.2020г.

Тендерная комиссия в составе:

1. Голубев В.В. – главный врач, председатель тендерной комиссии;
2. Прозоров Н.В.- юрист;
3. Дощанова А.Е. – главная медсестра;

Секретарь комиссии: Нуриева Д.М.

Наименования медицинского оборудования:

№ лота	Наименование товара	Единица измерения	Кол-во	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок поставки товаров (дней со дня вступления в силу договора о закупках)	Место поставки товаров	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Лот №1. Система диагностическая ультразвуковая стационарная	штука	1	DDP пункт назначения	В течении 120 календарных дней	КГП «Карасуская РБ», Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Т.Рамазанова,2	30	25 800 000,00
2	Лот №2. Видеоинформационный центр в комплекте с гастроскопом	штука	1	DDP пункт назначения	В течении 120 календарных дней	КГП «Карасуская РБ», Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул. Т.Рамазанова,2	30	29 600 000,00

Сумма закупа составляет 55 400 000,00 (пятьдесят пять миллионов четыреста тысяч) тенге 00 тиын.

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата и время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «Adamant Group»	050000, РК, г.Алматы, ул.Солодовникова 21Е, оф.327	29.06.2020г. в 10:20ч.
2	ТОО «Сфера-ПВЛ»	140000, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 18,	01.07.2020г. в 11:30ч.
3	ТОО «Гелика»	150007, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, Маяковского, 95	02.07.2020г. в 13:02ч.
4	ТОО «АстаМед»	010000, РК, г.Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.Бейбитшилик, д.25, офис 217	07.07.2020г. в 9:26ч.
5	ИП Гринь Светлана Владимировна	110000, РК, Костанайская область, г.Костанай, ул.Омара Дощанова, дом 137, кв.78	08.07.2020г. в 10:17ч.
6	ТОО «Элефант-XXI»	010000, г.Астана, район Есиль,	09.07.2020г. в 09:30ч.

		ул.Әбікен Бектұров, д.7, НПБ	
7	ТОО «VIVA-Мастер»	Костанайская область, с.Заречное, ул.Целинная,12.	09.07.2020г. в 15:46ч.

Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из оценки критериев и сопоставления тендерных заявок.

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по закупу товара:

№ п / п	Наименование товара	Цена за единицу	Поставщик, представивший ценовое предложение						
			ТОО «Adamant Group»	ТОО «Сфера-ПВЛ»	ТОО «Гелика»	ТОО «АстаМед»	ИП Гринь Светлана Владимировна	ТОО «Элефант-XXI»	ТОО «VIVA-Мастер»
1	Лот №1. Система диагностическая ультразвуковая стационарная	25 800 000,00	14 546 000,00		23 290 000,00	20 000 000,00	19 990 000,00	22 890 000,00	
2	Лот №2. Видеоинформационный центр в комплекте с гастроскопом	29 600 000,00		28 515 000,00		25 398 672,00	27 095 000,00	28 890 000,00	25 300 000,00

Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации на основе представленной ими информации:

По Лоту № 1. Система диагностическая ультразвуковая стационарная были предоставлены заявки следующих поставщиков:

ТОО «Adamant Group», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков.

Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее Правил), а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей)».


ТОО «Гелика», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков.

Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик»;
2. Максимальная частота кадров, не менее 1550, в технической спецификации тендерной документации указано «Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима)»;
3. Нет информации по ОЗУ, в технической спецификации тендерной документации указано: «ОЗУ не менее 8Gb».

ТОО «АстаМед», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть



220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей);

2. Нет информации по части: «Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик»;
3. Максимальная частота кадров, не менее 1550, в технической спецификации тендерной документации указано «Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима)»;
4. Нет информации по ОЗУ, в технической спецификации тендерной документации указано: «ОЗУ не менее 8Gb»
5. Нет информации по жесткому диску, в технической спецификации тендерной документации указано: «Жесткий диск не менее 500 Gb»;
6. Нет полной информации по режимам сканирования 2D, M, CD, PD, PWD.
7. Высота, мм минимальная, не более 1320, максимальная, не менее 1626. Ширина, мм, не более 586. Глубина, мм, не более 987. Вес, кг, не более 120 кг. в технической спецификации тендерной документации указано: «Высота регулируемая до 1393мм (с монитором). Ширина до 520 мм. Глубина до 665 мм. Вес до 50 кг (без аксессуаров)».

ИП Гринь Светлана Владимировна, предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ТОО «Элефант-XXI», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал»;
2. Характеристики монитора Диагональ не менее 17 дюймов, в технической спецификации тендерной документации указано: «Монитор не менее 21,5 дюймов со светодиодной подсветкой».

По Лоту № 2 Видеоинформационный центр в комплекте с гастроскопом были предоставлены заявки следующих поставщиков:

ТОО «Сфера-ПВЛ», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Система должна иметь объем памяти для записи данных 45 пациентов, в технической спецификации тендерной документации указано: «Должно быть наличие памяти для ввода информации не менее 50 пациентов»;
2. Полезная рабочая длина видеогастроскопа должна составлять 1100мм, а общая длина должна составлять 1400мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «Длина рабочей части, не более 1030мм. Общая длина, не более 1350мм»;
3. Разрешение монитора 1920*1080 пикселей, в технической спецификации тендерной документации указано: «Разрешение матрицы, точек не менее 1920*1200».

ТОО «АстаМед», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей)»;
2. Нет информации по части: «Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не

позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик»;

3. Аспиратор. Комплектация: Емкость для всасывания в комплекте 1000мл-1шт., в технической спецификации тендерной документации указано: «емкость сосуда не менее 1,5л.»;
4. Гастроскоп: длина рабочая 1050мм, рабочий канал 3,2мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «длина рабочей части, не более 1030мм, диаметр внутреннего канала, не более 2,8».

ИП Гринь Светлана Владимировна, предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ТОО «Элефант-XXI», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Нет информации по части: «Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал»;
2. Не менее 10 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения, в технической спецификации тендерной документации указано: «не менее 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения»;
3. Должно быть наличие памяти для ввода информации не менее 45 пациентах, в технической спецификации тендерной документации указано: «Должно быть наличие памяти для ввода информации не менее 50 пациентах»;
4. Ксеноновый источник света (не менее 10000 часов непрерывной работы), в технической спецификации тендерной документации указано: «Светодиодный источник света (не менее 15000 часов непрерывной работы)»;
5. Длина рабочей части, не более 1100мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «Длина рабочей части, не более 1030мм»;
6. Общая длина, не более 1400 мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «общая длина, не более 1350мм».

ТОО «VIVA-Мастер», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик соответствует квалификационным требованиям, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации и не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Заявка потенциального поставщика отклоняется в соответствии с пп.12 п.81 Правил, а именно в технической спецификации предлагаемого товара:

1. Встроенный ксеноновый источник света, в технической спецификации тендерной документации указано: «светодиодный источник света»;
2. Вес прибора 13кг, технической спецификации тендерной документации указано: «Вес прибора, до 11 кг»;
3. Монитор: Разрешение матрицы, точек 1920*1080, в технической спецификации тендерной документации указано: «Разрешение матрицы, точек не менее 1920*1200»;
4. Гастровидеоскоп: длина рабочей части: 1050мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «длина рабочей части, не более 1030мм»;

5. Гастровидеоскоп: общая длина: 1366мм, в технической спецификации тендерной документации указано: «Общая длина, не более 1350мм».

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок на основании пункта 84 параграфа 4 главы 9 Правил решила признать объявление по закупке медицинского оборудования не состоявшимся:

1. Допустить заявку потенциального поставщика ИП Гринь Светлана Владимировна 110000, РК, Костанайская область, г.Костанай, ул.Омара Дощанова, дом 137, кв.78. Отклонить заявки ТОО «Adamant Group», ТОО «Сфера-ПВЛ», ТОО «Гелика», ТОО «АстаМед», ТОО «Элефант-XXI», ТОО «VIVA-Мастер» на основании пп.12 п.81 параграф 4 главы 9 Правил.
2. Организатору закупок КГП «Карасуская РБ» УзаКо провести закуп из одного источника по Лоту №1, №2 с ИП Гринь Светлана Владимировна на основании подпункта 1 п.116 гл.11 Правил.
3. Организатору закупа КГП «Карасуская РБ» УзаКо разместить протокол итогов на интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

«За»- 3 голоса

Воздержавшихся и проголосовавших против-0.

Председатель комиссии: Главный врач Голубев В.В. _____

Члены комиссии:

1. Юрист Прозоров Н.В. _____

2. Главная медсестра Дощанова А.Е. _____

Секретарь комиссии: Нуриева Д.М. _____

