

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КП «Карасуевская РБ» УзаКо



Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот №6. Капнограф

Критерии		Описание			
№ п/п	Наименование медицинского изделия (МИ)	Капнограф			
1		№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
2	Требования к комплектации	1	Капнограф, Основной датчик CO2	Капнограф для монитора пациента Диапазон измерения: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19% Точность: в диапазоне 0-40мм рт.ст. ± не более 2 мм рт.ст., в диапазоне 41 -70мм рт.ст. ± не более 5% от показаний В диапазоне 71 -100мм рт.ст. ± не более 8% от показаний / в диапазоне 101-150мм рт.ст. ± не более 10% от показаний Частота дыхания: в диапазоне от 0 до 150 вдохов в минуту (Mainstream EtCO2) В диапазоне от 2 до 150 вдохов в минуту (Sidestream EtCO2)	Не менее 1 шт.

			Точность дыхания: в диапазоне от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19%
3	Условия осуществления поставки МИ		DDP
4	Срок поставки МИ и место дислокации		В течении 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ		<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий <p>Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан. Предоставление оценки безопасности качества.</p>