

Протокол итогов
Закупа медицинского оборудования способом тендере

с.Карасу

03.12.2021г.

Тендерная комиссия в составе:

1. Голубев В.В. – главный врач, председатель тендерной комиссии;
2. Бекенова О.М. – член комиссии;
3. Прозоров Н.В. – член комиссии;

Секретарь комиссии: Нуриева Д.М.


Наименование медицинского оборудования:

N лота	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМ С 2010)	Срок поставки товаров	Место поставки товаров	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Шприцевой насос	шт	5	DDP	В срок до 15.12.2021г. включительн о	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	3 050 000,00
2	Инфузионный насос	шт	5	DDP	В срок до 15.12.2021г. включительн о	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	3 887 500,00
3	Тепловая пушка с обдувным одеялом	шт	1	DDP	В срок до 15.12.2021г. включительн о	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	5 396 000,00
4	Кислородный концентратор	шт	4	DDP	В срок до 15.12.2021г. включительн о	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2	0	2 400 000,00
ИТОГО								14 733 500,00

Сумма закупа составляет: 14 733 500,00 (четырнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот) тенге 00 тиын

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «САПА Мед Астана»	010000, г.Нур-Султан, ул. Жубанова 23/1	15.11.2021г. в 10:52ч.
2	ТОО «NF Pharma»	050010, г.Алматы, пр.Достык, 38, блок	15.11.2021г. в 10:54ч.



		А, офис №704	
3	ТОО «ОрдаМед Костанай»	110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2	18.11.2021г. в 10:54ч.
4	ИП «GroMax»	РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана-Серы, дом 206, кааб.10	22.11.2021г. в 15:57ч.
5	ТОО «Pharma Trade»	010000, г.Нур-Султан, пр.Кабанбай Батыр, д.5/1, кв.161	22.11.2021г. в 15:58ч.

Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из оценки критериев и сопоставления тендерных заявок.

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по закупу товара:

№ лота	Наименование товара	Цена за единицу, тенге	Потенциальный поставщик, представивший ценовое предложение				
			ТОО «САПА Мед Астана»	ТОО «NF Pharma»	ТОО «ОрдаМед Костанай»	ИП «GroMax»	ТОО «Pharma Trade»
1	Шприцевой насос	610 000,00	580 000,00		520 000,00	489 500,00	
2	Инфузионный насос	777 500,00	700 000,00		530 000,00	575 000,00	
3	Тепловая пушка с обдувным одеялом	5 396 000,00					5 390 000,00
4	Кислородный концентратор	600 000,00		198 000,00	600 000,00		

Тендерная комиссия, оценив и сопоставив тендерные заявки, проверила соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации на основе представленной ими информации:

- По лоту №1 Шприцевой насос были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «САПА Мед Астана», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Заявка на участие в тендере по данному лоту отклоняется по пп. 12 п. 70 Параграф 4. Глава 8. «Непредставление документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 Правил».

- Предоставленное регистрационное удостоверение РК-МТ-7№013767 действует до 19.11.2021г., то есть просрочено.

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ИП «GroMax», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Заявка на участие в тендере отклоняется по пп.9 п. 70 Параграф 4. Глава 8. «представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил», а именно:



- в технической спецификации потенциального поставщика представлено: «большой цветной LCD дисплей», тогда как в технической спецификации Заказчика предъявляются требования: «Монографический ЖК дисплей (разрешение: не менее 240 x 64)».

- По лоту №2 Инфузионный насос были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «САПА Мед Астана», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

ИП «GroMax», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

- По лоту №3 Тепловая пушка с обдувным одеялом были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «Pharma Trade», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.


Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Предложенный товар зарегистрирован в РК.

- По лоту №4 Кислородный концентратор были представлены заявки следующих потенциальных поставщиков:

ТОО «NF Pharma», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации. Имеется разрешение на ввоз на территорию РК не зарегистрированных ИМН, медицинской техники.

Заявка на участие в тендере отклоняется по пп.9 п. 70 Параграф 4. Глава 8. «представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил», а именно:

- в технической спецификации отсутствует информация по части: «Генератор должен обеспечивать кислородом не менее 2 пациентов одновременно, со стабильным расходом кислорода,



являющимся безопасным, надежным, недорогим и регулируемым расходом. Срок службы генератора не менее 20 000 часов. Во время работы генератора должно отсутствовать влияние на процент кислорода в помещении»

ТОО «ОрдаМед Костанай», предоставленный пакет документов подтверждает, что потенциальный поставщик является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности, задолженности по пенсионным взносам, социальным отчислениям, не подлежит процедуре банкротства и ликвидации. Соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Техническая спецификация соответствует тендерной документации. Имеется разрешение на ввоз на территорию РК не зарегистрированных ИМН, медицинской техники.

Тендерная комиссия РЕШИЛА:

По лоту №1 Шприцевой насос

На основании главы 8 п.74 часть вторая Постановление Правительства РК от 4 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), признать победителем **ТОО «ОрдаМед Костанай»**, адрес: **110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.**

По лоту №2 Инфузионный насос

На основании главы 8 п.74 Правил, на основе наименьшего ценового предложения признать победителем **ТОО «ОрдаМед Костанай»**, адрес: **110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.**

По лоту №3 Тепловая пушка с обдувным одеялом

На основании главы 8 п.72 Правил, направить приглашение потенциальному поставщику на участие в закупке с одного источника **ТОО «Pharma Trade»**, адрес: **010000, г.Нур-Султан, пр.Кабанбай Батыр, д.5/1, кв.161**, предоставившему тендерную заявку по данному лоту.

По лоту №4 Кислородный концентратор

На основании главы 8 п.74 Правил признать победителем **ТОО «ОрдаМед Костанай»**, адрес: **110000, г.Костанай, улица Карбышева, дом 2.**

Опубликовать на сайте <http://karasu-crb.kz> информацию об итогах проведения тендера по закупке медицинской техники.

За данное решение проголосовали:

«За» - 3 голоса,

Воздержавшихся и проголосовавших против – 0

Председатель комиссии: Главный врач Голубев В.В.

Члены комиссии:

1. Бекенова О.М.

2. Прозоров Н.В.

Секретарь комиссии:

Нуриева Д.М.

