



Техническая спецификация

Наименование	Характеристики
Назначение	Облучатель должен быть предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности помещений при помощи воздействия ультрафиолетового излучения спектра UV-C. Должен иметь не менее одной открытой и не менее одной экранированной бактерицидных ламп с раздельным включением. При включении одной экранированной лампы присутствие людей и животных в помещении должно допускаться. Конструкция должна состоять из стального корпуса с пластмассовыми боковинами. Крепление облучателя производится на стену.
Источники излучения	Не менее 2 шт по 30 ватт
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	<p>Производительность Потребляемая мощность</p> <p>Габариты (± 5 мм)</p> <p>Масса</p> <p>Облученность на расстоянии 1м, Вт/м²</p> <p>Суммарный бактерицидный поток, Вт</p> <p>Средняя продолжительность горения ламп, час</p>
	<p>115/145 м³ /час Не более 180 Вт 110x80x950 мм не более: 3,1 кг 0,75 49,0 20,0 Не менее 9000</p>