

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КПН «Карауская РБ» УзаКо



Голубев В.В.

Техническая спецификация

Наименования закупаемого товара	Техническая характеристика
Шкаф для хранения эндоскопов	<p>Шкаф для хранения не менее 4 стерильных эндоскопов с НЕРА –фильтром и выдвижной стойкой. Шкаф должен быть предназначен для вертикального хранения стерильных эндоскопов различных моделей в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами в стационарных условиях. Шкаф должен представлять собой цельносварную односекционную конструкцию № НЕРА-фильтр не ниже класса Н13 должен обеспечивать чистоту воздуха не менее 99,95%. Вентилятор должен выполнять циркуляцию стерильного воздуха, обеспечивая готовность стерильных эндоскопов к работе. Шкаф должен иметь не менее 1 выкатной стойки с прорезиненными держателями, которые должны обеспечивать безопасное навешивание и извлечение эндоскопа. В комплектации должны иметься не менее 2 емкости для сбора дезинфектанта и силиконовые коврики – не менее 2 штук, исключающие возможность повреждения оптической части эндоскопа при навешивании. Шкаф должен быть оснащен ригельным замком и регулируемыми ножками. Высота шкафа должна позволять навесить самый длинный эндоскоп, исключая перегибы. Габаритные размеры шкафа (± 10 мм) 450/575/2100 мм. В комплектации должен быть технический паспорт на русском, казахском языках не менее 1 шт. Гарантия не менее 24 месяцев.</p>