

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КСП «Каратуская РБ» УзАко



Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот №6. Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру

Критерии		Описание			
№ п/п	Наименование медицинского изделия (МИ)	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
2	Требования к комплектации	Основные комплектующие			1 шт.
		1	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Память внутренняя Период записи не менее 168 часов (7 суток) Размеры не более 67 x 93 x 21 мм ЖК дисплей не менее 48 x 28 мм Вес не более 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Питание: батарея AA – 1 шт Частота дискретизации: 300, 600, 1200 Гц, 12 бит Распознавание кардиостимулятора	

			аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов)	
<i>Дополнительные комплектующие</i>				
2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями		1 шт.
3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК		1 шт.
4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – не менее 30 штук		1 упаковка
5	Компакт диск с программным обеспечением	Программное обеспечение для обработки данных с оборудования		1 шт.
6	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектов. Изготовлен из тканевой основы.		1 шт.
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>				
7	Батареи типа АА	Батареи питания		1 шт.
8	Руководство пользователя			1 шт.
3	Условия осуществления поставки МИ	DDP пункт назначения		
4	Срок поставки МИ и место дислокации	В течении 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2		

5	<p>Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ</p> <p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none">- замену отработавших ресурс составных частей;- замену или восстановление отдельных частей МИ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной-блочной-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий <p>Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»</p>
---	--