

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
КНП «Карауская РБ» УзаКо



Голубев В.В.

### Техническая спецификация

#### Лот № 8. Ростомер, измеритель веса и индекса массы

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинского изделия	Ростомер, измеритель веса и индекса массы		
		№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
2	Требования к комплектации	<p><i>Основные комплектующие</i></p> <p>1 Ростомер</p> <p>Мобильный. Должен легко складываться, без дополнительных инструментов. Прибор должен определять вес и автоматически рассчитывает индекс массы тела (ИМТ) человека. Колесики для удобного передвижения прибора. Технические характеристики: 1. Параметры измерения: Рост, вес, ИМТ 2. Диапазон роста- не менее 90-200см 3. Отклонения – не более ±1мм 4. Диапазон веса: не менее 10-200кг 5. Тип дисплея: LCD 6. Установка нуля: Автоматическая настройка нуля при разогревании</p>		
		1	Ростомер	1 шт.

			<p>7. Режим измерения: Рост и вес/ только вес/ только рост</p> <p>8. Измерение роста: А (измерение роста после измерения веса)</p> <p>NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста)</p> <p>9. Регулировка веса: 1кг, от 0.0кг до 5кг</p> <p>10. Единица измерения- Kg/cm; lb./in.</p> <p>11. Портативность: Складывающаяся верхняя часть</p> <p>Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения</p> <p>12. Опции: термопринтер</p> <p>13. Адаптер: Входная мощность AC 100-240V-, 50/60Hz, 1.0A;</p> <p>Выходная мощность DC12V, 3.33A</p> <p>14. Внешнее взаимодействие RS-232C</p> <p>15. Принтер: Термопринтер (опция)</p> <p>16. Габариты: не более 380 x 510 x 1350 (в опущенном состоянии)</p> <p>Не более 380 x 510 x 2126 (в поднятом состоянии)</p> <p>17. Вес прибора: не более 15,5кг</p> <p>18. Время измерения: Вес, рост: не более 7 секунд/ Вес: не более 2 секунды / Рост: не более 5 секунд</p>
3	Условия осуществления поставки МИ	DDP пункт назначения	
4	Срок поставки МИ и место дислокации	В течении 45 календарных дней с момента подписания договора	Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2
5	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ	Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;	



- замене или восстановлению отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»