

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КПН «Карасуская РБ» УзаКо



Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот №4. Противопрележный матрас

Критерии		Описание				
№ п/п						
1	Наименование медицинского (МИ) изделия	Противопрележный матрас				
2	Требования комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
Основные комплектующие						
1.		Матрас		Противопрележные матрасы — это мягкие, наполненные воздухом изделия, значительно снижающие риск появления пролежней. Покрывте из полиуретана: Циркуляция воздуха, Огнестойкость, Водонепроницаемость, Защита от бактерий (ISO22196), Защита от плесени (ISO22196), Функция предотвращения аллергии (ISO 10993-10) Максимальная нагрузка – не менее 140 кг.		1 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> • Высокая гигиеничность (антибактериальная и антигрибковая обработка) • Легко моется, дезинфицируется • Отличная циркуляция воздуха, • Водонепроницаемая функция, • Функция предотвращения проникновения крови. • Гипоаллергенный матрас • Материал: полиуретан • Очистка покрытия: мойка стиральной машины, мойка моющих средств <p>Габариты: не менее 1 910 (Д) x 820 (Ш) x 90/120 (В) мм. Вес: не более 12 кг.</p>	
4	Условия осуществления поставки МИ		DDP клиент
5	Срок поставки МИ и место дислокации	В течении 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2	
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы. - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей 	

корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа МИ.

Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан