УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КГП «Карасуская РБ» УзаКо

_____ Голубев В.В

Техническая спецификация

Лот № 4 Промывочная установка

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинского изделий, (МИ)**	**Промывочная установка**			
2	**Требования к комплектации**	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МИ)*	*Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Промывочная установка	Моющая станция с фильтровой системой, нагревателем и ультрафиолетовым стерилизатором. Автономная подача воды и мыла, стерилизация воды ультрафиолетовыми лампами. Сферы применения: 1. Операционный кабинет для общей хирургии	1 шт.

				2. Приемные комнаты 3. Операционный кабинет для ортопедических операций 4. Операционный кабинет для нейропериодов 5. Операционный кабинет для ЛОР-операций 6. Прочие помещения, требующие бесконтактной дезинфекции рук персонала Особенности: 1. Очистительная станция является автоматической 2. Стерилизованная вода (99,6%) – две ультрафиолетовые стерилизационные лампы 3. Тщательная фильтрация - предварительный фильтр и основной фильтр 4. Специальная педаль, которой можно управлять коленом, переключать между водой и дезинфицирующим средством 5. Устройство контроля давления воды 6. Безопасные двойные датчики температуры для безопасности 7. Материалы, устойчивые к коррозии - все материалы выполнены из нержавеющей стали (SUS304) и медных труб Функции: 1. Отопление: Горячее водоснабжение, быстрое нагревание, два предохранительных термо-выключателя для регулирования нарастающего давления подогревающего резервуара.	

				Постоянная температура воды по безопасности термо-переключателей. 2. Стерилизация: воду можно стерилизовать до 99,6% (0,6 т / ч) с помощью ультрафиолетовых ламп. Ультрафиолетовые лампы изготовлены из двойных кварцевых труб для обеспечения электрической безопасности. Время использования лампы можно прочитать по мере включения таймера 3. Фильтрация: Тщательная фильтрация с помощью двух фильтров, легкая замена фильтра Габариты (Г х Ш х В) 600 х 1000 х 1160 мм Обработка: Удаление микробов путем фильтрации Нагреватель: 2 кВт Температура воды: от 0°С до 60 °С Фильтры: 1 предварительный фильтр, 1 основной фильтр Водоснабжение: мин. 1 кг/см³, макс. 3 кг/см³ Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 2,5 кВт Емкость бака: 30 л Мыльный насос: 1 (12 В – 18 Вт) шт.	
3	**Условия осуществления поставки МИ**	DDP			
4	**Срок поставки МИ и место дислокации**	В течении 45 календарных дней с момента подписания договора Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.			
5	**Условия гарантийного сервисного**	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.			

	обслуживания МИ	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий