

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 КГП «Карасукская РБ» УзаКо
 Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот № 3 Плазмаразмораживатель

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	 Размораживатель плазмы Подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники). Не подлежит регистрации в реестре СИ (средств измерений).
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	

Требования к комплектации				Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО		
Основные комплектующие				
1	Размораживатель плазмы	Размораживатель предназначен для быстрого и бережного размораживания и согревания (подогрева) плазмы, крови, эритроцитсодержащих компонентов, замороженного криопреципитата, а также компонентов крови и инфузионных растворов в четырех контейнерах или флаконах вместимостью до 500 мл или восьми контейнерах до 250 мл после хранения в замороженном состоянии непосредственно перед трансфузией пациенту. Конструкция прибора включает: Блок обеззараживания теплоносителя; Термометр; Программный регулятор температуры; Электронный таймер; Датчик уровня воды; Блок звуковой и световой индикации; Кран для слива теплоносителя. Характеристика Количество одновременно размораживаемых контейнеров объёмом до 250 мл, шт. 8 Количество одновременно размораживаемых контейнеров объёмом до 500 мл, шт. 4 Количество одновременно подогреваемых флаконов объёмом до 500 мл, шт. 4 Объём камеры, л 21 Непрерывный режим работы, ч 12 Температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования, °С 36-37 Время нагрева воды в камере до рабочего режима, мин., не более 25 Время размораживания в режиме ПЛАЗМА, мин. 25 Время размораживания в режиме	1 шт.	

				КРИОПРЕЦИПИТАТ, мин. 10 Электроснабжение, (напряжение, частота), В, Гц 220, 50 Максимально потребляемая мощность, кВт, не более 3 Габаритные размеры, мм, не более 600×360×360 Масса, кг, не более 15	
4	Требования к условиям эксплуатации	Хранить и/или транспортировать при следующих условиях окружающей среды. Температура от -20 °С до + 60 °С Влажность от 10% до 95%.			
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP			
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	КГП «Карасуская РБ» УзаКо, РК, Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова 2			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.			