



Техническая спецификация

Лот № 4 Подогрев инфузий

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	 Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии Подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники). Не подлежит регистрации в реестре СИ (средств измерений).
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	

	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
3			Основные комплектующие		
		1	Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии	Аппарат предназначен для применения в условиях поликлиник, клиник, кардиологических центров, медицинских научно- исследовательских институтов и других лечебно- профилактических медицинских учреждений и научно-исследовательских учреждений соответствующего профиля -напряжение- (23-±23)В; -частота питания- 50Гц -потребляемая мощность - не более 200Вт;А; -габаритные размеры - не более 250*180*220; -масса - не более 5кг; -тип и класс защиты от поражения электрическим током - В и I; -время подготовки к работе аппарата- не более 10мин; -диапазон установкой температуры - от 34 до 41,5°С с дискретностью 0,1°С	1 шт.
4	Требования к условиям эксплуатации		Хранить и/или транспортировать при следующих условиях окружающей среды. Температура от -20 °С до + 60 °С Влажность от 10% до 95%.		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		DDP		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации		60 календарных дней Адрес: Адрес: РК, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, д.2		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц		Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия для данного изделия работы и т.п.;		

	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов в узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.
--	---