



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КП «Карасуская РБ» Узако
Голубев В.В.

Техническая спецификация

Лот № 10 Тележка – каталка с гидравликой

Тележка-каталка для перевозки больных предназначена для перемещения больных внутри больших помещений. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения не менее 40*20*1,5 мм.

Цвет каркаса: серый – покрыт

экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак каталки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП не менее 16 мм и поролон не менее 30 мм. Обивка: искусственная кожа устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи механизма от 0° до 45°. Два боковых складывающихся ограждения. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Диапазон регулировки не более 500-800 мм. Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 125 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу с индивидуальным тормозным устройством. Поставляется в собранном виде. Габариты, не более мм- 2200x700x500/800 Диапазон угла наклона не менее 0-45°

Номинальная нагрузка, не более 150 кг. Вес, не более 75 +/- 10% кг.

Срок поставки и место дислокации : DDP

В течении 40 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.