

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

КГП «Карасуская РБ» УзаКо

Голубев В.В.



Техническая спецификация

Лот № 6 Осветитель таблиц Сивцева

Рабочее расстояние: не менее 5м

Диапазон измерения остроты зрения на расстоянии 5м: не более 0,1-2,0

Освещенность в любой точке таблицы, не менее: 250 лк

Освещенность в центре таблицы не менее: 700 лк

Контраст оптотипов, не менее: 80%

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц: не более (220±22) В

Потребляемая мощность: не менее 16 Вт

Масса, в комплекте, не более: 3 кг

Габаритные размеры: не менее мм 640*480*120

Срок поставки и место дислокации : DDP

В течении 40 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: 111000, РК, Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, улица Рамазанова, дом 2.