




Техническая спецификация

Лот № 1 Штатив для внутривенных вливаний

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Штатив для длительных вливаний пятипорный (на колесах) Не подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники).

				
2	<p>Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)</p> <p>Требования к комплектации</p>	№ п/п	<p>Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</p>	<p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p>
			<p>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</p>	
3		Основные комплектующие		
1		Штатив для длительных вливаний пятипорный (на колесах)	<p>Описание: Штатив для вливаний предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных</p>	1 шт.

			<p>процедур;</p> <p>Основание выполнено из стальной тонкостенной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием;</p> <p>Стойка — телескопическая система из двух стальных труб круглого сечения, фиксируется на требуемой высоте пластиковым винтовым зажимом;</p> <p>Основание пятиопорное с колёсами на резиновой шине, 2 колеса с тормозом;</p> <p>Пластиковый держатель для 2-х флаконов с жидкостью и 2 крючка для инфузионных пакетов;</p> <p>Поставляется в разобранном виде.</p> <p>Характеристики:</p> <p>Тип - телескопический;</p> <p>Высота, не менее мм - 1200–2000;</p> <p>Диаметр основания, не менее мм - 640;</p> <p>Конструкция - разборная;</p> <p>Стойка - стальная труба круглого сечения не менее 20 × 1,2; 14 × 1,5 мм;</p> <p>Основание - стальная труба круглого сечения не менее 16 × 1,2 мм;</p> <p>Регулировка высоты стойки - винтовой зажим;</p>
--	--	--	---

	<p>Количество держателей для флаконов - 2; Материал держателей для флаконов - пластик; Регулировка высоты держателя для флаконов - нет; Количество крючков для инфузионных пакетов - 2; Цвет каркаса - белый; Опоры - импортные колёса из немаркой серой резины; Диаметр колёс, не менее мм - 50; Вес, не более, не менее кг - 4; Нагрузка, не более, кг - 5.</p>		
4	Требования к условиям эксплуатации		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP	
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	60 календарных дней	Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Рамазанова, дом 2.
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлению отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия для данного изделия работы и т.п.;</p>	

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.