

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
КГН «Карасуская РБ» Узако  
Голубев В.В



#### Техническая спецификация

##### Лот № 8 Кресло для забора крови

Нормативный документ	
Сроки поставки товара	30 дней
Гарантийный срок товара	месяцев
Артикул	Кушетка медицинская (Кресло для забора крови)
Количество	1 шт

## Техническое описание товара

### Кушетка медицинская (Кресло для забора крови)

#### Габаритные размеры изделия:

Кушетка медицинская должна быть специально разработана для удобства пациентов при заборе крови. Эргономичная конструкция должна обеспечивать комфортное и безопасное положение, а регулируемые элементы должны адаптировать кресло под индивидуальные нужды. Кресло должно быть изготовлено из прочных материалов для долговечности и надежности в эксплуатации.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кресла стационарное (опоры) привод должен быть механическим, количество секций должно быть трехсекционное (спинная, тазобедренная, голеностопная). Материал обивки должно быть выполнено из винилискожа. Материал наполнителя должен быть из пенополиуретан.

Высота сиденья должна быть не менее 62,5 см

Глубина сиденья должна быть не более 43 см

Толщина сиденья должна быть не менее 60 мм

Длина спинной секции должна быть не менее 86,5 см Длина голеностопной секции должна быть не более 41,5 см

Угол наклона спинной секции должен быть не более 0-90°

Угол наклона голеностопной секции -90-0°

Должен иметь функции: наклон спинной секции, наклон голеностопной секции, регулируемые по высоте и разлёту подлокотники, телескопическая инфузионная стойка (устанавливать можно с

любой стороны).

**Условия осуществления поставки МИ  
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)**

DDP Условия осуществления поставки медицинской техники согласно условиям договора

**Срок поставки МИ и место дислокации**

30 календарных дней с даты подписания договора  
Костанайская область, Карагандинский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, дом 2.