

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
КТН «Каратуская РБ» УзаКо



Голубев В.В

Техническая спецификация

Лот № 1 Ростометр , весы.

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники				
2	Требования к комплектации	№ п/п Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники)	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	
Основные комплектующие					
1	Ростометр		Удивительно легкий, он легко складывается и собирается без дополнительных инструментов. Прибор определяет вес и автоматически рассчитывает индекс массы тела (ИМТ) человека. Функции: точное измерение роста; Совместим с анализатором состава тела InBody 770 при помощи кабеля; Может складываться в целях	1	

			удобного перемещения прибора; Колесики для удобного передвижения прибора. Параметры измерения: Рост, вес Индекс массы тела Технические характеристики: 1. Параметры измерения: Рост, вес, ИМТ 2. Диапазон роста- 90-200см 3. Отклонения - ± 1мм 4. Диапазон веса: 10-200кг 5. Тип дисплея: LCD 6. Установка нуля: Автоматическая настройка нуля при разогревании 7. Режим измерения: Рост и вес/ только вес/ только рост 8. Измерение роста: A (измерение роста после измерения веса) NA (нажать ENTER после измерения веса для измерения роста) 9. Регулировка веса: 1кг, от 0.0кг до 5кг 10. Единица измерения- Kg/cm; lb./in. 11. Портативность: Складывающаяся верхняя часть Присоединяющиеся колеса для легкого передвижения 12. Опции: термопринтер 13. Адаптер: Входная мощность AC не менее 100-240V-, 50/60Hz, 1.0A; Выходная мощность DC12V, 3.33A 14. Внешнее взаимодействие RS-232C
--	--	--	--

			15.Принтер: Термопринтер (опция) 16. Габариты: не менее 380 x 510 x 1350 (в опущенном состоянии) не менее 380 x 510 x 2126 (в поднятом состоянии) 17. Вес прибора: не более 15,5кг 18. Время измерения: Вес, рост: 7 секунд/ Вес: 2 секунды / Рост: 5 секунд 19. Рабочие условия: 10-40°C, 30-75%RH, 70-106kPa 20. Транспортировка и хранение-20-70°C, 10-95%RH; 50-106kPa (без конденсации)	
3	Требования к условиям эксплуатации	Температура: 10°C - 40°C Транспортировка и хранение: -20-70°C, 10-95%RH 50-106kPa (без конденсации)		
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения		
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	60 календарных дней, Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу , ул. Рамазанова , 2 .		
6	Условия гарантийного сервисного	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной		

обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7 Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектацией отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского персонала (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.