



Техническая спецификация

Лот № 7 Принтер для газоанализатора

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Принтер к прибору для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (Алкотестер) Не подлежит регистрации в реестре ИМН и МТ (изделий медицинского назначения и медицинской техники).			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)				
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
			Основные комплектующие		
		1	Принтер Drager Mobile	Принтер позволяет на месте распечатать результаты измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Передача данных их	

				алкотестера выполняется надежно и быстро с помощью оптического интерфейса. Принтер не требует тонера или чернил. Маркировка ЕС: Директива 89/336/ЕЕС, электромагнитная совместимость Технические характеристики: Размеры, мм: не менее 110 x 60 x 205 Масса, гр: не менее 400 Блок питания: Не менее 4x1,5В щелочные батареи или 4x1,2В подзаряжаемые батареи Комплектация: Принтер: 1шт Бумага для принтера 58мм: 1 шт	
4	Требования к условиям эксплуатации	Температура -5 ... +50 С Относительная влажность 100% без конденсации			
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP			
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	60 календарных дней Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Рамазанова, 2.			
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;			

	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий-настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.
--	--